

CLAVE: SGC PNO BP-003 F-001

Nombre del producto:	Algodón Absorbente Rollo QUIRMEX	Fecha:	19 de Agosto de 2021
Descripción:	Algodón absorbente rollo 500 g	Cliente:	LABORATORIO ESCOLAR EXPRESS S.A DE C.V
Clave del producto:	AL2340		
Fabricado por:			
Metodología usada:	ACC PNO MA-010	Numero de piezas vendidas	25

Lote	Tamaño del lote	Fecha de fabricación	Fecha de caducidad	Número de Registro Sanitario
RA252521	4,050 pz	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2026	0257C2017 SSA

ANALISIS FISICOQUIMICOS

PRUEBAS QUÍMICAS DEL ALGODON	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS
Contenido de fibra	100% algodón	100% algodón
Peso en gramos	500 g	502 g
Cenizas (residuo de ignición)	0.20% máximo	0.15 %
Extracto acuoso	0.35% máximo	0.14 %
Absorbencia	10 segundos máximo	1 segundos
Extracto etéreo	0.70 máximo	33.00 %
Extracto alcohólico	No debe presentar ninguna coloración azul o verde	No presenta ninguna coloración azul o verde
Acidez o alcalinidad	No debe desarrollarse ningún color rosa	No desarrolla ningún color rosa
Longitud mínima de la fibra	No menos del 60% de fibras. Deben ser de 12.5 mm o de mayor longitud y no más de 10% de fibras deben ser de 6.25 mm o menos.	Mas del 60 % de las fibras miden 12.30 mm de longitud

PRUEBAS CUALITATIVAS DEL PRODUCTO	ESPECIFICACION	RESULTADOS
	Libre de astillas	Correcto
Libre de cabellos	Correcto	
Libre de Insectos o sus fracciones	Correcto	
Libre de partículas extrañas	Correcto	
Libre de pelusas	Correcto	
Libre de polvo	Correcto	
Libre de vidrios	Correcto	
Libre de suciedad	Correcto	
Libre de manchas de aceite	Correcto	
Libre de humedad	Correcto	

PRUEBAS CUALITATIVAS DEL EMPAQUE DEL PRODUCTO	ESPECIFICACION	RESULTADOS
	Empaque primario adecuado, bien sellado, no roto ni abierto	Correcto
Empaque primario igual al especificado	Correcto	
Empaque primario sin datos y/o leyendas de un producto diferente	Correcto	
Datos en idioma español	Correcto	
Presencia o legibilidad total de los siguientes datos o leyendas en el empaque primario: Número de lote, Marca o Logotipo, Razón Social o nombre, Domicilio del fabricante.	Correcto	

BIBLIOGRAFIA

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos, Cuarta Edición, Mexico 2017.

DICTAMEN DEL ANÁLISIS:

APROBADO

RECHAZADO

ELABORO

APROBO

IA. Cristina Ventura Hernández
Control de Calidad.

QFB. Obed Gonzalez Vidal
Responsable Sanitario